



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Gh. Șincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro



Nr.Data: 6983/02.04.2026

Către,
Toți operatorii economici interesați

Referitor la procesul de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **FURNIZARE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI în cadrul proiectului "Modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Oprea Baia Mare"- loturi reluate - LOT 16**

Anunț de publicitate nr.: **ADV1522119 din 26.03.2026**

Autoritatea Contractantă publică răspunsul consolidat la solicitările de clarificări depuse în perioada specificată, după cum urmează:

Pozitia 1. Analizor automat de diagnostic complet imunologie de tip "monotest"

Intrebare 1 – "Referitor la cerinta tehnica din Configuratie " Principiul metodei: metoda imunologica enzimatica (EIA)"

Va rugam sa acceptati formularea:

„Principiul metodei: metoda imunologica de chemiluminiscenta, non-enzimatica”.

Raspuns : referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii "Principiul metodei: metoda imunologica de chemiluminiscenta, non-enzimatica" de la producator.

Intrebare 2 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice "Capacitatea de incarcare probe:30 probe"

Va rugam sa acceptati formularea:

„Capacitatea de incarcare probe: 5 tuburi primare”.

Raspuns : referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii "Capacitatea de incarcare probe: 5 tuburi primare"

Intrebare 3 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice "Temperatura de reactie: 25°C/ 37°C"

Va rugam sa acceptati formularea:

"Temperatura de reactie: 37°C".

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii "Temperatura de reactie: 37°C"

Intrebare 4 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice "Sursa fotometru:LED"

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece metoda imunologica de chemiluminiscenta functioneaza prin detectie de emisie fotonica, masurata cu ajutorul unui detector formultiplicator (PMT).

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

1 / 3



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Intrebare 5 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Filtre 460 / 630 nm”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece metoda imunologica de chemiluminiscenta functioneaza prin detectie de emisie fotonica, masurata cu ajutorul unui detector formultiplicator

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 6 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Interval absorbanta: 0.000 – 3.000ABS”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece metoda imunologica de chemiluminiscenta functioneaza prin detectie de emisie fotonica, masurata cu ajutorul unui detector formultiplicator (PMT).

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 7 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Rezolutie absorbanta: 0.001ABS”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece metoda imunologica de chemiluminiscenta functioneaza prin detectie de emisie fotonica, masurata cu ajutorul unui detector formultiplicator (PMT).

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 8 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Repetabilitate absorbanta: $CV \leq 5\%$ ”

Va rugam sa acceptati formularea:

„Repetabilitate proba: $CV < 8\%$ ”.

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii “Repetabilitate proba: $CV \leq 8\%$ ”

Intrebare 9 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Carry – over: $\leq 1\%$ ”

Va rugam sa acceptati formularea:

„Carry-over: $\leq 5\text{ ppm}$ ”

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii “Carry – over: $\leq 5\text{ ppm}$ ”

Intrebare 10 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Zgomot: $< 80\text{ dB}$ ”

Va rugam sa acceptati formularea:

„Zgomot: $\leq 350\text{ RLU}$ ”

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii “Zgomot: $\leq 350\text{ RLU}$ ”

Intrebare 11 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Dimensiuni: min 680 mm x 600 mm x 500 mm”

Va rugam sa acceptati formularea:

„Dimensiuni: min 550 mm x 570 mm x 680 mm”

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de acceptare a formularii “Dimensiuni: min 550 mm x 570 mm x 680 mm”

Intrebare 12 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Panel de teste: 200 teste”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece panelul de teste poate suferi modificari permanente, in functie de lansarea unor parametrii noi si extinderea continua a panelului in functie de recomandarile OMS.

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 13 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Control de calitate: Controlul inclus in fiecare kit de reactie”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece controlul de calitate poate exista sub forma de un multi-control extern, care acopera mai multi parametrii si care este avantajos pentru client, atat ca utilizarea, cat si de costuri mai scazute

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 14 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Testare mixta: da, pentru testele care folosesc aceasta temperatura de reactie”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece incubarea cupitelor in care se desfasoara reactia are loc in zona destinata incubarii acestora, iar timpul de incubare difera in functie de parametru, fiind independent de alte miscari pe care le executa bratul.

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 15 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Sensibilitate test: 98 %”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece fiecare parametru are sensibilitatea mentionata in insert si poate sa difere de 98%.


Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Intrebare 16 – Referitor la cerinta tehnica din Caracteristici tehnice “Specificitate test: 99.9 %”

Va rugam sa excludeti aceasta cerinta, deoarece fiecare parametru are specificitatea mentionata in insert si poate sa difere de 99.9%.

Raspuns : Referitor la solicitarea dvs va aducem la cunostinta ca acceptam solicitarea dvs de excludere a acestei cerinte .

Director executiv
Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte
Oana-Irina CHIOREAN



Șef Serviciu
Direcția Dezvoltare și Implementare Proiecte
Delia Larisa RUZSA



Serviciul achiziții publice
Responsabil achiziție
Laura-Andreea Dunca

